

富山大学研究推進機構水素同位体科学研究センター放射線障害予防規程

平成17年10月1日制定
平成22年9月1日改正
平成26年8月8日改正
平成27年4月10日改正
平成31年3月8日改正
令和3年4月16日改正
令和5年3月9日改正

目次

- 第1章 総則（第1条～第6条）
- 第2章 組織及び職務（第7条～第16条）
- 第3章 管理区域（第17条，第18条）
- 第4章 維持及び管理（第19条～第22条）
- 第5章 放射性同位元素等の取扱等（第23条～第27条）
- 第6章 測定（第28条～第30条）
- 第7章 教育及び訓練（第31条）
- 第8章 健康管理（第32条，第33条）
- 第9章 記帳及び保存（第34条）
- 第10章 危険時の措置（第35条，第36条）
- 第11章 報告（第37条，第38条）
- 附 則

第1章 総則

（目的）

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和32年法律第167号。以下「法」という。）及び電離放射線障害防止規則（昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。）に基づき、富山大学研究推進機構（以下「機構」という。）水素同位体科学研究センター（以下「センター」という。）における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、もって公共の安全を確保することを目的とする。

（適用範囲）

第2条 この規程は、センターの管理区域に立ち入るすべての者に適用する。

（用語の定義）

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- （1）放射性同位元素 法第2条第2項に定める放射性同位元素をいう。
- （2）放射性同位元素等 放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物をいう。
- （3）放射線作業 放射性同位元素等の使用，保管，運搬及び廃棄の作業をいう。
- （4）業務従事者 放射性同位元素等の取扱い，管理又はこれに付随する業務に従事するため，管理区域に立ち入る者で，センターの長（以下「センター長」という。）が承認した者をいう。
- （5）一時立入者 業務従事者以外の者で，見学等で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
- （6）放射線施設 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則（昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。）第1条第9号に定める使用施設，貯蔵施設及び廃棄施設をいう。

(7) 事業所 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令（昭和35年政令第259号）第3条第2項に定める事業所をいう。

(8) キャンパス 富山大学五福キャンパスをいう。

(他の規則との関連)

第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規則その他保安に関する規則の定めるところによる。

(1) 国立大学法人富山大学安全衛生管理規則

(2) 国立大学法人富山大学五福団地自家用電気工作物保安規程

(3) 国立大学法人富山大学防火管理規則

(4) 国立大学法人富山大学危機管理規則

(5) 国立大学法人富山大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則

(内規等の制定)

第5条 富山大学研究推進機構の長（以下「機構長」という。）は、法、電離則及びこの規程に定める事項の実施について必要な事項を、富山大学研究推進機構水素同位体科学研究センター放射線障害予防内規（以下「内規」という。）に定める。

(遵守等の義務)

第6条 業務従事者及び一時立入者は、センター長、第11条に規定する放射線取扱主任者及び第12条に規定する放射線安全管理責任者が、放射線障害の防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。

2 学長は、放射線施設の位置、構造及び設備を法に定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

3 学長、機構長及びセンター長は、放射線取扱主任者が法、電離則及びこの規程に基づいて行う意見具申を尊重しなければならない。

4 学長は、国立大学法人富山大学放射線安全委員会（国立大学法人富山大学放射線安全委員会規則に定める安全委員会。以下「安全委員会」という。）が行う勧告を尊重しなければならない。

5 学長は、富山大学五福キャンパス放射線管理委員会（富山大学五福キャンパス放射線管理委員会規則に定める管理委員会。以下「管理委員会」という。）が行う答申又は具申を尊重しなければならない。

6 機構長は、富山大学研究推進機構放射線安全会議（以下「安全会議」という。）が行う助言を尊重しなければならない。

第2章 組織及び職務

(組織)

第7条 センターにおける放射性同位元素等の取扱い及びその安全管理に従事する者に関する組織は、別図1のとおりとする。

2 学長は、国立大学法人富山大学（以下「本学」という。）における放射線障害の防止に関する業務を統括する。

3 学長は、機構における放射線障害の防止に関する業務を機構長に掌理させる。

4 機構長は、センターにおける放射線障害の防止に関する業務をセンター長に処理させる。

(安全委員会)

第8条 本学における放射線障害の防止に関する基本方針及び重要事項の審議並びにその適正な実施については、安全委員会が行う。

(管理委員会)

第9条 キャンパスにおける放射線障害の防止に関する事項についての審議及びその実施に関する指導・助言については、管理委員会が行う。

(安全会議)

第10条 機構における放射性同位元素等の管理運営及び放射線障害の防止に関する助言は、安全会議が行う。

- 2 安全会議に関し必要な事項は、富山大学研究推進機構放射線安全会議内規に定める。
(放射線取扱主任者等)

第11条 放射線障害の防止について必要な指揮監督を行うため、センターに放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を1人以上置く。

- 2 主任者は、第1種放射線取扱主任者免状を有する職員のうちから、センター長が推薦し、学長が任命する。
- 3 センター長は、2人以上の主任者が任命された場合は、主任者のうち1人を筆頭主任者に、他を筆頭主任者の職務を補佐する主任者に指名する。なお、筆頭主任者が出張、疾病その他事故により、その職務を行うことができない場合は、次席の主任者がその職務を行うこととする。
- 4 学長は、全ての主任者が出張、疾病その他事故により、その職務を行うことができないと認めるときは、その期間において主任者の職務を代行する代理者(以下「代理者」という。)を任命しなければならない。
- 5 代理者は、第1種放射線取扱主任者免状を有する職員のうちから、センター長の推薦に基づき任命する。
- 6 学長は、主任者に対し、任命した日から1年以内(ただし、主任者に任命される前1年以内に定期講習を受けた者は除く。)及び法第36条の2に定める定期講習を受けた日の翌年度の開始日から3年以内に定期講習を受けさせなければならない。
- 7 主任者及び代理者の解任は、センター長からの申し出を受け、学長が行う。
- 8 主任者は、センターにおける放射線障害の防止について必要な指導監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
 - (1) 放射線障害の防止に関する諸規程の制定及び改廃に関すること。
 - (2) 放射線障害の防止上、重要な計画作成に関すること。
 - (3) 危険時の措置等に関する対策への参画に関すること。
 - (4) 法及び電離則に基づく申請、届出及び報告の審査に関すること。
 - (5) 立入検査等の立会いに関すること。
 - (6) 異常及び事故の原因調査に関すること。
 - (7) 学長及び機構長に対する意見具申に関すること。
 - (8) 放射性同位元素の使用状況等及び放射線施設、帳簿、書類等の監査に関すること。
 - (9) 業務従事者への監督・指導に関すること。
 - (10) 関係者への助言、勧告及び指示に関すること。
 - (11) 管理委員会の開催の要請に関すること。
 - (12) 安全会議の開催の要請に関すること。
 - (13) その他放射線障害の防止に関する必要な業務に関すること。

(安全管理責任者)

第12条 センターに、放射線管理に関する業務を行うため、放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)を置く。

- 2 安全管理責任者は、職員のうちからセンター長が任命する。
- 3 安全管理責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
 - (1) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被ばく、放射性汚染及び健康診断の管理に関すること。
 - (2) 放射線施設、管理区域に係る放射線の量、表面汚染密度及び空気中の放射性同位元素の濃度の測定に関すること。

- (3) 放射線測定器の保守管理に関すること。
- (4) 放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に係る管理に関すること。
- (5) 放射線作業の安全に係る技術的事項の業務に関すること。
- (6) 放射性廃棄物の管理及びそれらの処理業務に関すること。
- (7) 前6号までに關する記帳・記録の管理及びその保存に関すること。
- (8) 法及び電離則に基づく申請、届出、その他関係省庁との連絡等に関すること。

4 センター長は、安全管理責任者が出張、疾病その他事故により、その職務を行うことができないと認めるときは、主任者にその職務を代行させなければならない。

(取扱責任者)

第13条 センター長は、同一の目的で放射線取扱作業を行うグループごとに取扱責任者を定めなければならない。

2 取扱責任者は、放射線施設において放射線障害の防止のため必要な措置を行うとともに、当該グループの業務従事者に対し、センター長、主任者、安全管理責任者が放射線障害の防止のために行う指示等を遵守するよう徹底させなければならない。

3 取扱責任者は、当該グループの業務従事者に対し、放射性同位元素等の取扱いについて適切な指示を与えるとともに、放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する記録を行い、安全管理責任者に報告しなければならない。

(業務従事者)

第14条 センターの管理区域において、放射性同位元素等の取扱等業務に従事する者は、業務従事者として所定の様式により、センター長に登録の申請をしなければならない。

2 前項の申請をした者は、次の各号に定める項目について、受講及び受診しなければならない。

(1) 第31条に規定する教育及び訓練

(2) 第32条に規定する健康診断

3 センター長は、前項第1号の教育及び訓練を修了した者であって、かつ、同項第2号の健康診断の結果において可とされた者について、主任者の同意を得て業務従事者として登録する。

4 前項の登録は、年度ごとに行うものとし、更新を妨げない。

(施設管理責任者)

第15条 センターに、管理区域における次の各号に掲げる事項について、維持及び管理を行うため、施設管理責任者を置く。

(1) 電気設備に関すること。

(2) 給排気設備、給排水設備に関すること。

(3) その他、施設・設備における一般的な事項に関すること。

2 施設管理責任者は、職員のうちからセンター長が任命する。

(産業医)

第16条 センターにおける業務従事者の健康診断及び保健指導については、産業医(国立大学法人富山大学安全衛生管理規則に定める産業医。以下同じ。)が行う。

第3章 管理区域

(管理区域)

第17条 センター長は、放射線障害の防止のため、施行規則第1条第1号に定める場所をセンターの管理区域として指定し、必要な標識を付すとともに、みだりに人が立ち入らないようにするためのさくその他の施設を設けなければならない。

2 センター長、安全管理責任者は、次の各号に定める者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。

(1) 業務従事者として登録された者

- (2) 一時立入者としてセンター長が認めた者
(管理区域に関する遵守事項)

第18条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

- (1) 定められた出入口から出入りすること。
 - (2) 管理区域に立ち入るときは、所定の方式に従って立ち入りの記録を行うこと。
 - (3) 放射線測定器を指定された位置に着用すること。
 - (4) 管理区域内において、飲食、喫煙等放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為を行わないこと。
 - (5) 管理区域に立ち入る者は、主任者及び安全管理責任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
- 2 放射性同位元素を取り扱う業務従事者は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1) 専用の作業衣、作業靴、その他必要な保護具を着用し、かつ、これらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
 - (2) 放射性同位元素を体内に摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに安全管理責任者に連絡し、その指示に従うこと。
 - (3) 管理区域から退出するときは、汚染検査室において、身体各部、衣類、作業靴等の汚染の有無を検査し、汚染が検出された場合は、安全管理責任者に連絡するとともに、直ちに除染のための措置を取ること。また、汚染除去が困難な場合は、安全管理責任者は主任者に連絡し、その指示に従うこと。
- 3 一時立入者は、前2項に定めるもののほか、業務従事者の指示に従うこと。
- 4 センター長は、管理区域の入口の目につきやすい場所に放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
- 5 その他必要な事項は、内規に定める。

第4章 維持及び管理

(巡視及び点検)

第19条 センター長は、安全管理責任者及び施設管理責任者に対し、別表1に掲げる項目について、定期的に放射線施設の巡視、点検を行わせるものとする。

- 2 安全管理責任者及び施設管理責任者は、前項の巡視、点検の結果、異常が認められたときは、センター長に報告しなければならない。
- 3 センター長は、巡視、点検の結果、重大な異常が認められた場合、作業の中止、立ち入り禁止等の措置を講じなければならない。

(定期点検)

第20条 センター長は、安全管理責任者及び施設管理責任者に対し、別表2に掲げる項目について、定期的に放射線施設の点検を行わせるものとする。

- 2 安全管理責任者及び施設管理責任者は、前項の点検を終えたときは、第34条第2項第6号に掲げる項目について、センター長及び主任者に報告しなければならない。
- 3 安全管理責任者及び施設管理責任者は、第1項の点検の結果、異常を認めたときは、センター長及び主任者に報告しなければならない。
- 4 センター長は、定期点検の結果、重大な異常が認められた場合、作業の中止、立ち入り禁止等の措置を講じなければならない。

(修理等)

第21条 センター長は、放射線施設の修理等の必要があると認めたときは、主任者と協議の上、その実施計画を作成し、機構長の同意を得て学長の承認を受けなければならない。

2 センター長は、前項の修理等を終えたときは、その結果を主任者を経て学長及び機構長に報告しなければならない。

(放射線施設の新設改廃等)

第22条 センター長は、放射線施設の新設又は改廃等を計画しようとする場合は、主任者と協議の上、当該実施計画を作成し、機構長の同意を得て学長の承認を受けなければならない。

2 学長は、前項の承認を行う場合には、管理委員会に諮問するものとする。

3 センター長は、第1項の放射線施設の新設又は改廃等を終えたときは、その結果を主任者を経て学長及び機構長に報告しなければならない。

第5章 放射性同位元素等の取扱等

(放射性同位元素の使用)

第23条 密封されていない放射性同位元素を使用する者は、センター長の管理の下に、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 放射性同位元素の使用は、管理区域内の作業室において行い、承認使用数量を超えないこと。

(2) 排気設備が正常に動作していることを確認すること。

(3) 使用目的に応じて放射線障害が発生するおそれの最も少ない使用方法をとること。

(4) 汚染の拡大を防止する措置を講じること。

(5) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。

2 放射性同位元素の使用に当たっては、あらかじめ使用に係る計画書を作成し、センター長及び主任者の承認を受けなければならない。

3 その他必要な事項は、内規に定める。

(受入れ、払出し)

第24条 放射性同位元素を受け入れる場合は、あらかじめ所定の様式によりセンター長及び主任者の承認を受けなければならない。

2 放射性同位元素を他の事業所へ払い出す場合は、あらかじめ所定の様式によりセンター長及び主任者の承認を受けなければならない。

3 その他必要な事項は、内規に定める。

(保管)

第25条 放射性同位元素の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 放射性同位元素は所定の容器に入れ、所定の貯蔵施設以外において保管しないこと。

(2) 貯蔵施設には、その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を保管しないこと。

(3) 保管中の放射性同位元素をみだりに持ち出すことができないようにするため、貯蔵施設は常時施錠すること。

(4) 放射性同位元素は、作業が終了したときは、必ず貯蔵施設に保管すること。

(5) 放射性同位元素を貯蔵施設に保管する場合は、容器の転倒、破損等を考慮し、受け皿及び吸収材を使用する等、貯蔵施設内に汚染が拡大しないような措置を講ずること。

(6) 放射性同位元素を貯蔵施設から持ち出すときは、所定の様式により日時、搬出者名、放射性同位元素の種類及び数量等を記入すること。

(7) 貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

2 安全管理責任者は、毎年1回以上、第38条の放射線管理状況報告書を作成するために必要な放射性同位元素の保管量及び保管の状況の調査を行い、その結果をセンター長に報告しなければならない。

3 その他必要な事項は、内規に定める。

(運搬)

第26条 管理区域内において放射性同位元素等を運搬する場合は、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止、その他保安上必要な措置を講じなければならない。

2 事業所内外において放射性同位元素等を運搬する場合は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる措置を講じるとともに、あらかじめセンター長及び主任者の承認を受けなければならない。

(1) 放射性同位元素等を収納した輸送容器には、表面に所定の標識をつけ、外接する直方体の各辺が10センチメートル以上で、容易に、かつ、安全に取り扱うことができるよう措置すること。

(2) 輸送容器は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生じるおそれがないよう措置すること。

(3) 表面汚染密度については、搬出物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。

(4) 1センチメートル線量当量率については、搬出物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、搬出物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。

(5) その他関係法令に定める基準に適合する措置を講ずること。

3 その他必要な事項は、内規に定める。

(廃棄)

第27条 放射性同位元素等を廃棄する場合は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 固体状の放射性廃棄物は、可燃物、難燃物及び不燃物に区分し、それぞれ専用の容器に入れ、保管廃棄設備に保管廃棄すること。ただし、動物の放射性廃棄物は、乾燥処理を行った後、専用の容器に入れ、保管廃棄設備に保管廃棄すること。

(2) 液体状の放射性廃棄物は、所定の放射能レベルに分類し、それぞれ専用の容器に入れ、保管廃棄設備に保管廃棄すること。ただし、一部の液体状の放射性廃棄物は、排水設備により排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下とし、排水することができる。

(3) 気体状の放射性廃棄物は、排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下とし、排気する。

(4) 許可廃棄業者に委託可能な廃棄物については、センター長はこれら廃棄物の廃棄を委託する。

2 放射性同位元素等を廃棄する場合には、所定の様式により廃棄年月日、廃棄する者の氏名、廃棄物の種類、放射性同位元素の種類及び数量等を記入しなければならない。

3 安全管理責任者は、毎年1回以上、第38条の放射線管理状況報告書を作成するために必要な放射性同位元素等の保管廃棄の状況の調査を行い、その結果をセンター長に報告しなければならない。

4 その他必要な事項は、内規に定める。

第6章 測定

(測定の信頼性確保)

第28条 安全管理責任者は、施行規則第20条第1項から第3項に係る測定の信頼性を確保するため、安全管理に係る放射線測定器について必要な点検及び校正を定期的実施し、その結果を記録しなければならない。

2 前項の点検及び校正については、それらの計画や具体的な方法等を作成し、また、継続してその改善を図るため適時見直さなければならない。

3 その他必要な事項は、内規に定める。

(場所の測定)

第29条 安全管理責任者は、放射線障害の発生のおそれのある場所について、放射線の量、放射性同

位元素による汚染の状況及び空気中の放射性同位元素の濃度の測定を行い、その結果を評価し、記録しなければならない。

- 2 前項の放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について、放射線測定器を使用して行わなければならない。
- 3 空気中の放射性同位元素の濃度の測定は、作業環境測定法（昭和50年法律第28号）第2条第4号に定める作業環境測定士により行われなければならない。
- 4 第1項の測定は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
 - (1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域の境界及び事業所の境界について行うこと。
 - (2) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は、作業室、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域の境界について行うこと。
 - (3) 空気中の放射性同位元素の濃度の測定は、作業室について行うこと。
 - (4) 実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあつては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし、排気口又は排水口における測定は、排気又は排水の都度行うこと。
- 5 安全管理責任者は、前項の測定の結果に異常を認めるときは、直ちに立入制限、原因の調査、原因の除去等の必要な措置を講じ、講じた措置が適切であることを測定により確認するとともに、センター長及び主任者に報告しなければならない。
- 6 安全管理責任者は、前2項の測定の結果を測定の都度、次の各号に定める項目について記録しなければならない。
 - (1) 測定日時（測定において時刻を考慮する必要がない場合にあつては、測定年月日）
 - (2) 測定方法
 - (3) 放射線測定器の種類、型式及び性能
 - (4) 測定箇所
 - (5) 測定条件
 - (6) 測定結果
 - (7) 測定を実施した者の氏名（測定を行った者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称）
 - (8) 測定結果に基づいて実施した措置の概要
- 7 安全管理責任者は、前項の記録について、記録の都度、センター長及び主任者に報告し、これを見やすい場所に掲示する等の方法によって管理区域に立ち入る者に周知させるとともに、5年間保存しなければならない。
- 8 その他必要な事項は、内規に定める。
（個人被ばく線量の測定）

第30条 安全管理責任者は、管理区域に立ち入る者に対し、外部被ばくによる線量の測定について、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

- (1) 胸部（女子（妊娠する可能性がないと診断された者を除く。以下同じ。）にあつては腹部）について、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定すること。
- (2) 頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分（女子にあつては腹部及び大たい部から成る部分）以外の部分である場合は、前号のほか、当該部分についても測定すること。
- (3) 人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合は、第1号及び第2号のほか、当該部位について、70マイクロメートル線量当量を測定すること。
- (4) 眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は、第1号から第3号までの測定のほか、

眼の近傍その他の適切な部位について3ミリメートル線量当量を測定することにより行うことができる。

(5) 放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することとする。

(6) 測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者としてセンター長が認めた者については、外部被ばくによる線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。

2 安全管理責任者は、放射性同位元素を体内に摂取するおそれがある場所に立ち入る者に対し、内部被ばくによる線量の測定について、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 測定は、3月（女子にあっては1月）を超えない期間ごとに1回行うこと。

(2) 放射性同位元素を誤って体内に摂取し、又は摂取したおそれがある場合は、その都度測定すること。

(3) 一時立入者としてセンター長が認めた者については、内部被ばくによる線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。

(4) 放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することとする。

3 前2項の測定の結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度、次の各号に定める項目について記録しなければならない。

(1) 測定対象者の氏名

(2) 測定をした者の氏名（測定を行った者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称）

(3) 放射線測定器の種類及び型式

(4) 測定方法

(5) 測定部位及び測定結果

4 前項の測定結果から、実効線量及び等価線量を4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度、次の各号に定める項目について記録しなければならない。

(1) 算定年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 算定した者の氏名

(4) 算定対象期間

(5) 実効線量

(6) 等価線量及び組織名

5 前項の実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む5年間（平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間）の累積実効線量を当該期間について、毎年度集計し、集計の都度、次の各号に定める項目について記録しなければならない。

(1) 集計年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 集計した者の氏名

(4) 集計対象期間

(5) 累積実効線量

6 安全管理責任者は、前3項の記録について、記録の都度、センター長及び主任者に報告するとと

もに、その写しを本人に交付しなければならない。

- 7 センター長は、前項の報告があった記録を永久に保存しなければならない。
- 8 安全管理責任者は、第4項の実効線量の算定の結果に基づき、第38条の放射線管理状況報告書を作成するために必要な1年間の業務従事者数、個人実効線量分布及び女子の業務従事者の実効線量分布を作成し、センター長に報告しなければならない。
- 9 その他必要な事項は、内規に定める。

第7章 教育及び訓練

(教育及び訓練)

第31条 センター長は、業務従事者に対し、次の各号に掲げる時期に教育及び訓練を実施しなければならない。

(1) 業務従事者として登録する前

(2) 業務従事者として管理区域に立ち入った後であつては、前回の教育訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内ごと

- 2 前項の教育及び訓練の項目及び時間数は、次の表のとおりとする。ただし、各項目の時間数及び内容については、安全会議の助言を聴いてセンター長が決定する。

項 目	前項第1号の 教育及び訓練	前項第2号の 教育及び訓練
放射線の人体に与える影響	30分以上	必要時間
放射性同位元素等の安全取扱い	1時間以上	必要時間
放射性同位元素等の規制に関する法令 及び放射線障害予防規程	30分以上	必要時間
その他センター長が必要と認める事項	必要時間	必要時間

- 3 第1項の規定にかかわらず、安全会議の助言を聴いて前項に掲げる項目の全部又は一部に関して十分な知識及び技能を有しているとセンター長が認めた者に対しては、当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。
- 4 センター長は、一時立入者に対し、あらかじめ放射線障害を防止するために必要な教育を実施しなければならない。
- 5 その他必要な事項は、内規に定める。

第8章 健康管理

(健康診断)

第32条 センター長は、業務従事者に対し、次の各号に定めるところにより、健康診断を受けさせなければならない。

(1) 健康診断の検査の項目は、次のとおりとする。

- ① 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及び評価
- ② 末しょう血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
- ③ 末しょう血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

- ④ 皮膚の検査
 - ⑤ 白内障に関する眼の検査
 - (2) 実施時期は、次のとおりとする。
 - ① 業務従事者として登録する前
 - ② 業務従事者として管理区域に立ち入った後にあつては、6月を超えない期間ごとに1回以上
 - (3) 前2号の規定にかかわらず、前号①に係る健康診断にあつては、線源の種類に応じて第1号⑤の項目を省略することができ、前号②に係る健康診断にあつては、前年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、当該年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれがない業務従事者については、医師が必要と認めるときに限り、第1号②から⑤までの項目の全部又は一部を行うこととする。
 - (4) 前号の規定にかかわらず、前年度の実効線量が5ミリシーベルトを超え、又は当該年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれがある業務従事者については、第1号②から⑤までの項目の健康診断を行わなければならない。ただし、医師が必要でないとき認めるときは、第1号②から⑤までの項目の全部又は一部を省略することができる。
 - 2 センター長は、前項の規定にかかわらず、業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその者に対し、健康診断を受けさせなければならない。
 - (1) 放射性同位元素を誤って体内に摂取した場合
 - (2) 放射性同位元素により表面汚染密度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合
 - (3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合
 - (4) 実効線量又は等価線量が別表3に掲げる限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合
 - 3 センター長は、前2項の健康診断を受けさせたときは、その都度、次の各号に定める項目について安全管理責任者に記録させなければならない。
 - (1) 実施年月日
 - (2) 対象者の氏名
 - (3) 健康診断を実施した医師の氏名
 - (4) 健康診断の結果
 - (5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
 - 4 安全管理責任者は、前項の記録について、記録の都度、センター長及び主任者に報告するとともに、センター長はその写しを本人に交付しなければならない。
 - 5 センター長は、前項の報告があつた記録を永久に保存しなければならない。
 - 6 学長は、健康診断の結果に基づき、電離則第57条に定める電離放射線健康診断個人票を作成し、作成の都度、その写しを本人に交付するとともに、30年間保存しなければならない。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
- 第33条 センター長は、業務従事者が放射線障害を受けた場合又は受けたおそれのある場合には、その旨を直ちに主任者に通報するとともに、学長、機構長及び産業医に報告しなければならない。
- 2 学長は、前項の報告があつたときは、直ちに安全委員会を招集し、放射線障害の程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等健康の保持等に必要な措置を講じなければならない。
 - 3 センター長は、業務従事者以外の者が放射線障害を受けた場合又は受けたおそれのある場合には、その旨を直ちに主任者に通報するとともに、遅滞なく医師による診断、必要な保健指導等の措置を講じなければならない。
 - 4 センター長は、前項の措置を講じた場合は、直ちに学長、機構長及び産業医に報告しなければなら

らない。

第9章 記帳及び保存

(記帳)

第34条 安全管理責任者は、放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄並びに放射線施設の点検並びに放射線測定器の点検及び校正並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え、記帳しなければならない。

2 前項の帳簿に記載すべき項目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受入れ、払出し

- ① 放射性同位元素の種類及び数量
- ② 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称

(2) 使用

- ① 放射性同位元素の種類及び数量
- ② 放射性同位元素の使用の年月日、目的、方法及び場所
- ③ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名

(3) 保管

- ① 放射性同位元素の種類及び数量
- ② 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
- ③ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名

(4) 運搬

- ① 事業所外における放射性同位元素等の運搬の年月日及び方法
- ② 荷受人又は荷送人の氏名又は名称
- ③ 運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称

(5) 廃棄

- ① 放射性同位元素の種類及び数量
- ② 放射性同位元素の廃棄の年月日、方法及び場所
- ③ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名

(6) 放射線施設の点検

- ① 点検の実施年月日
- ② 点検の結果及びこれに伴う措置の内容
- ③ 点検を行った者の氏名

(7) 放射線測定器の点検及び校正

- ① 点検及び校正の実施年月日
- ② 点検及び校正の結果及びこれに伴う措置の内容
- ③ 点検及び校正を行った者の氏名（点検及び校正を行った者の氏名を記録しなくても点検及び校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称）

(8) 教育及び訓練

- ① 教育及び訓練の実施年月日、項目及び時間数
- ② 教育及び訓練を受けた者の氏名

3 安全管理責任者は、第1項に定める帳簿について、センター長及び主任者の点検及び確認後、毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、5年間保存しなければならない。

4 その他必要な事項は、内規に定める。

第10章 危険時の措置

(地震等の災害時における措置)

第35条 地震、火災その他の災害が発生した場合には、別図2に基づいて通報するとともに、安全管理責任者及び施設管理責任者は別表2に掲げる項目について点検し、その結果をセンター長に報告しなければならない。

2 センター長は、前項の結果について、主任者を經由して学長及び機構長に報告しなければならない。

3 第1項の点検を実施する基準については、内規に定める。
(危険時における措置)

第36条 地震、火災その他の災害により、放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある事態を発見した者は、直ちに別図2に基づいて通報し、災害の拡大防止及び避難警告等に努めなければならない。

2 学長は、前項の通報を受けたときは、安全委員会を招集し、必要な措置を講じなければならない。

3 学長は、機構長に命じて、センター長、主任者及び安全管理責任者を招集して緊急作業に従事するチーム（以下「作業チーム」という。）を編成し、応急の措置を講じなければならない。

4 安全会議は、被ばく線量の管理等、作業チームによる緊急作業を補佐する。

5 産業医は、緊急作業に従事した者に対する健康診断等の保健上の措置を行う。

6 学長は、第1項の事態が生じた場合は、国立大学法人富山大学危機管理規則第7条に基づき、必要に応じて危機対策本部を設置し、次に掲げる事項について地域住民、報道機関等に情報提供を行うとともに、遅滞なく原子力規制委員会に届け出なければならない。

(1) 発生日時及び場所

(2) 汚染の状況等による事業所外への影響

(3) 発生した場所において取り扱っている放射性同元素の性状及び数量

(4) 応急の措置の内容

(5) 放射線測定器による放射線の量の測定結果

(6) 原因及び再発防止策

7 地域住民、報道機関等への情報提供及び問い合わせ対応は、関連部局と連携の上、総務部総務課が行う。

8 第6項により危機対策本部を設置した場合、前項の対応は危機対策本部が行う。

9 その他必要な事項は、内規に定める。

第11章 報告

(報告)

第37条 センター長は、次の各号に掲げる事態が生じた場合は、その旨を直ちに主任者に通報するとともに、学長及び機構長に報告しなければならない。

(1) 放射性同位元素等の盗難又は所在不明が生じた場合

(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した際に、濃度限度又は線量限度を超えた場合

(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した際に、濃度限度又は線量限度を超えた場合

(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいした場合

(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいした場合。ただし、次のいずれかに該当するとき（漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。）を除く。

① 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置した漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかった場合

② 気体状の放射性同位元素等が漏えいした際に、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されている場合

③ 漏えいした放射性同位元素等の放射エネルギーが微量の場合、その他漏えいの程度が軽微な場合
(6) 次の線量が線量限度を超え、又は超えるおそれのある場合

① 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設内の人が常時立ち入る場所において被ばくするおそれがある線量

② 事業所の境界（及び事業所内の人が居住する区域）における線量

(7) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあった際、次の線量を超え、又は超えるおそれがある場合

① 業務従事者 5ミリシーベルト

② 業務従事者以外の者 0.5ミリシーベルト

(8) 業務従事者について実効線量又は等価線量が別表3に掲げる限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあった場合

2 学長は、前項の報告があったときは、その旨を直ちにその状況及びそれに対する措置を10日以内に、それぞれ原子力規制委員会及び関係機関に報告しなければならない。

(定期報告)

第38条 センター長は、施行規則第39条第2項に定める放射線管理状況報告書を、毎年4月1日を始期とする1年間について作成し、主任者を経由して学長及び機構長に報告しなければならない。

2 学長は、前項の報告書を当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

3 学長は、第32条第1項に規定する健康診断を実施したときは、遅滞なく、電離則第58条に定める電離放射線健康診断結果報告書を富山労働基準監督署長に提出しなければならない。

附 則

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成22年9月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成26年8月8日から施行し、平成26年7月8日から適用する。

附 則

この規程は、平成27年4月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和3年4月16日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表 1 (第19条関係)

巡視及び点検項目

設備等	点検項目
1 管理区域全般	①管理区域の区画及び閉鎖設備 ②作業環境の状況 ③床及び天井等の状況 ④標識等の状況 ⑤汚染検査設備及び洗浄設備の状況
2 排気設備	①作動確認 ②排気フィルタの差圧測定
3 排水設備	①漏えいの有無の目視確認 ②水位計等監視設備の確認
4 電源設備	①作動確認
5 空調設備	①作動確認
6 警報設備	①作動確認
7 フード	①風量確認
8 放射性廃棄物の処理等に 必要な設備	①作動確認 ②目視確認

別表 2 (第20条, 第35条関係)

定期点検の項目

区分	項目	年間点検回数	実施者
位置等 1 施設の	①地崩れのおそれ	2	施設管理責任者
	②浸水のおそれ	2	同上
	③周囲の状況	2	同上
構造部等 2 主要	①構造及び材料	2	施設管理責任者
い 3 しゃへ	①構造及び材料	2	施設管理責任者
	②しゃへい物の状況	2	同上
	③線量	2	安全管理責任者
区域 4 管理	①区画等	2	安全管理責任者
	②線量等	2	同上
	③標識等	2	同上
5 作業室	①構造及び材料	2	施設管理責任者
	②フード	2	安全管理責任者及び施設管理責任者
	③流し	2	安全管理責任者
	④換気	2	同上
	⑤標識等	2	同上
6 汚染検査室	①位置等	2	安全管理責任者
	②構造及び材料	2	施設管理責任者
	③洗浄設備	2	同上
	④更衣設備	2	安全管理責任者
	⑤器材	2	同上
	⑥放射線測定器	2	同上
	⑦標識等	2	同上
7 貯蔵室	①位置等	2	安全管理責任者
	②貯蔵室	2	同上
	③貯蔵能力	2	同上
	④標識等	2	同上
8 排気設備	①位置等	2	安全管理責任者
	②排風機	2	施設管理責任者
	③排気浄化装置	2	安全管理責任者及び施設管理責任者
	④排気管	2	同上

	⑤排気口	2	安全管理責任者
	⑥標識	2	同上
9 排水設備	①位置等	2	安全管理責任者
	②排水浄化槽	2	安全管理責任者及び施設管理責任者
	③排水管	2	同上
	④標識	2	安全管理責任者
10 廃棄設備 保管	①位置等	2	安全管理責任者
	②保管廃棄容器	2	同上
	③標識等	2	同上

備考 「年間点検回数」欄の「2」は6月につき1回以上の点検回数を示す。


別表3 (第32条, 第37条関係)

実効線量及び等価線量の限度


区 分	限 度
実効線量	①平成13年4月1日以降5年ごとに区分した各期間につき100ミリシーベルト ②4月1日を始期とする1年間につき50ミリシーベルト ③女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び④に定める者を除く。)については, ①及び②に定める限度のほか, 4月1日, 7月1日, 10月1日及び1月1日を始期とする各3月間につき5ミリシーベルト ④妊娠中である女子については, ①及び②に定める限度のほか, 妊娠と診断されたときから出産までの間につき, 内部被ばくについて1ミリシーベルト
等価線量	①眼の水晶体については, 4月1日を始期とする1年間につき50ミリシーベルト及び令和3年4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき100ミリシーベルト ②皮膚については, 4月1日を始期とする1年間につき500ミリシーベルト ③妊娠中である女子の腹部表面については, 妊娠と診断されたときから出産までの間につき2ミリシーベルト

別図1 (第7条関係)

センターにおける放射性同位元素等の取扱い
及びその安全管理に従事する者に関する組織



別図2 (第35条, 第36条関係)
災害時等の連絡通報体制 (平日)



災害時等の連絡通報体制 (休日, 夜間)

